

# Vorhandene Messmittel

## Umwelt-Prüfungen

	<b>Bereich</b>	<b>Begrenzung</b>	<b>Norm</b>	<b>Begrenzendes Messmittel</b>	<b>Hersteller</b>
Vorgabe	Klimaschrank	-40 °C bis +180 °C 10 % RF bis 97 % RF 40 cm × 73 cm × 44 cm	60068-2-1 60068-2-2 60068-2-14 60068-2-30 60068-2-78	MKF 240	Binder
	Klimaschrank	-42 °C bis +180 °C 10 % RF bis 98 % RF 75 cm × 58 cm × 76 cm		VC <sup>3</sup> 7034	Vötsch
	Wärmeschrank	bis 250 °C		Wärmeschrank	
Erfassung	Thermografie	320 × 256 Pixel -25 °C bis +135 °C ±5 %		A35	FLIR
	Temperaturmessung	2 × 9 Kanäle -75 °C bis +250 °C		Almemo	Almemo
	Feuchtemessung	0 % bis 100 % ±8 % RF		Schutzisolierung	
	Thermoelemente	270 °C bis 1300 °C		Typ K	who Ingenieurgesellschaft mbH